



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS, IP

Ao:

Exmo(a). Senhor(a) Director(a) da
Empresa:

Nº Ref: 2182 / 079 /CMAM/025

Maputo, 30 de Julho de 2025

Assunto: Concurso Público nº 58A001241/CP/07/OE-REAG-DESERTO/025 – Para a
contratação de fornecimento de reagentes e consumíveis para os
Laboratórios Gerais – **Esclarecimentos**

Exmos Senhores,

Nos termos da cláusula 6.2 IAC, do Documento de Concurso, vimos através desta
esclarecer o seguinte:

1. Solicita-se esclarecimento sobre as quantidades do item 5 do lote 1, são
3.000.000 unidades ($1000 \times 3000 = 3.000.000$)?

R/: esclarece-se que, são solicitadas agulha para coleta a vácuo 21g,
25x0,8mm, caixas de 100 agulhas e 5 adaptadores Luer Lock, de acordo com
o seguinte:

- ✓ Apresentação: caixa de 100x10 e 50 adaptadores;
- ✓ Quantidade total: 3.000 caixas.

2. Solicita-se especificações técnicas completas, incluindo calibres,
comprimentos e outros parâmetros relevantes.

R/: esclarece-se que, as especificações técnicas de agulha vacuteiner são,
calibre de agulha de 21g, 25X0,8mm, compatível com o sistema a vácuo,
siliconizada, bisel trifacetado e adaptadores Luer Lock compatível com

conexões Luer fêmea e acessos IV, cristalino, permitindo visualização imediata do refluxo sanguíneo e de fácil manuseio.

3. No lote 2, vibrio cholerae ogawa, inaba, vibrio cholerae agglutination serum polyvalent 0, n.meningitidis e streptococos podem ser fornecidos em unidades de 2ml?

R/: esclarecemos o seguinte, o vibrio cholerae ogawa, inaba, cholerae agglutination serum polyvalent 0, n.meningitidis e streptococos devem ser apresentados em frascos de 2ml.

Cordiais Saudações

Atentamente,

O Chefe do departamento


Ernesto Sambo
(Jurista "A")