



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS, IP.

Ajuste Directo nº 58A001241/AD/19/OE-GAZE HIDRÓFILA/025

Para fornecimento de Gaze Hidrófila 90cmx100m para o SNS

Solicitação de Proposta de Preços

A Central de Medicamentos e Artigos Médicos, IP pretende contratar com carácter de urgência, o fornecimento de **23.000 rolos de Gaze Hidrófila 90cmx100m**, de acordo as especificações em anexo.

Nesta conformidade, convida-se V. Excia a apresentar proposta de fornecimento, observando o seguinte:

1. Critérios de Avaliação:

- a) Menor preço avaliado mediante conformidade da amostra submetida com a qualidade e especificações desejada, bem como, a indicação das referidas especificações no rótulo;
- b) Disponibilidade de stock de pelo menos 8.000 rolos para entrega no prazo não superior a 10 (dez) dias após a notificação para início da execução do contrato e o remanescente no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a primeira entrega;
- c) Certificação pela norma ISO 13485:2016 ou equivalente;
- d) Certificado de Conformidade do produto;

São exigidas 2 (duas) amostras para a avaliação da conformidade, tal como será fornecido em caso de adjudicação, devendo ser entregues com a proposta.

2. Documentos de Qualificação Jurídica, Económica Financeira, Técnica e Regularidade Fiscal

- ✓ Alvará;
- ✓ Certificado de UFSA;

3. Forma de pagamento: Contra-entrega e aceitação;

4. Local de entrega de produto: Armazém Central de Medicamentos da Machava

As propostas, acompanhadas dos documentos de qualificação e amostras, deverão ser entregues em envelope devidamente fechado, com a menção: " Ajuste Directo nº 58A001241/AD/19/OE-GAZE HIDROFILA/025", até às 15h00 do dia 20 de Outubro de 2025, na Secretaria do CMAM, IP., sita na Av. Moçambique – Armazém Nacional do Zimpeto, nº 847, Bairro do Zimpeto.

Maputo, 15 de Outubro de 2025

A Autoridade Competente

(Ilegível)

23C03 - Gaze Hidrófila Rolo de 90Cm * 100M



1. Uso Geral

- ✓ Absorção de sangue, secreções e outros líquidos em cirurgias;
- ✓ Nos diversos tipos de Curativos e procedimentos operatórios, incluindo queimaduras.

2. Detalhe das especificações Técnicas

✓ Produto:

- Confeccionada com fios de Algodão 100% puro não estéril transformados numa tela;
- Altamente absorvente, macia e isenta de impurezas;
- Dobras das laterais viradas para dentro;
- Acabamento com aurela;
- Composição não detectável ao raio X.

✓ Embalagem:

- Rolo de 90Cm*100M, não estéril, embalado com uma camada de papel protector ou saco plástico.

✓ Largura:

- Limite de tolerância $\pm 5\%$

✓ Comprimento:

- Limite de tolerância $\pm 1\%$

- ✓ **Malha:**
 - 17 fios/cm²

- ✓ **Peso:**
 - ≥2,4 Kg

- ✓ **Fios de Urdidura (Warp):**
 - 95 a 105 fios/dm

- ✓ **Trama (Weft):**
 - 66 a 74 fios/dm